



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

## AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**ROKETSAN**

**Roket Sanayii Ve Ticaret A. Ş.**

Kemalpaşa Mh. Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sk. No:21 Elmadağ  
06780 ANKARA / TÜRKİYE

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

**Akreditasyon No : AB-0127-K**

**Akreditasyon Tarihi : 10 Mayıs 2014**

**Revizyon Tarihi / No : 27 Kasım 2015 / 01**

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde , **9 Mayıs 2018** tarihine kadar geçerlidir.



**Dr. H. İbrahim ÇETİN**  
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 17025:2012 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

## Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)

### Akreditasyon Kapsamı


 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0127-K	<b>ROKETSAN</b> Roket Sanayii Ve Ticaret A. Ş.  Akreditasyon No: AB-0127-K Revizyon No: 01 Tarih: 27 Kasım 2015		
	<b>Kalibrasyon Laboratuvarı</b> <b>Adresi :</b> Kemalpaşa Mh. Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sk. No:21 Elmadağ 06780 ANKARA / TÜRKİYE <b>Tel</b> : 0 312 860 55 00 <b>Faks</b> : 0 312 863 42 08 <b>E-Posta</b> : yakurt@roketsan.com.tr <b>Website</b> : http://www.roketsan.com.tr		

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (Genişletilmiş Ölç. Belirsizliği k=2)(±)	Açıklamalar
Kumpas	$0 \text{ mm} \leq L \leq 1000$ mm	0,01 mm	$7,0 + 12,1 \cdot L \mu\text{m}$	VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.1 Dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü  L: Ölçülen Değer (m)
Dış Çap Mikrometresi	$0 \text{ mm} \leq L \leq 500$ mm	0,001 mm	$1,2 + 13,3 \cdot L \mu\text{m}$	VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 Dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü  L: Ölçülen Değer (m)



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

 <p>Kalibrasyon TS EN ISO IEC 17025 AB-0127-K</p>	<p><b>ROKETSAN</b> Roket Sanayii Ve Ticaret A. Ş.</p> <p>Akreditasyon No: AB-0127-K Revizyon No: 01 Tarih: 27 Kasım 2015</p>
--	--

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (Genişletilmiş Ölç. Belirsizliği k=2)(±)	Açıklamalar
Düz Vida Tampon Mastar	4 mm ≤ D ≤ 50 mm	Adım : 0,7 - 5,0 mm	2,20 µm	VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 4.8 Dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü  D: Bölüm Dairesi Çapı (mm)

KAPSAM SONU





**Dr. H. İbrahim ÇETİN**  
Genel Sekreter