

ÇEVRE KOŞULLARI TEST MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ KARAR KURALI UYGULAMA MADDELERİ

Spesifikasyonlar müşteri tarafından belirlenir ise karar kuralı uygulanamaz, müşteri karar kuralının uygulanmasını talep eder ise aşağıda belirtilen beş durumun geçerli olacağını kabul eder.

Test Mühendisliği Direktörlüğü Çevre Koşulları Test Mühendisliği Birimi tesislerinde akreditasyon kapsamı dahilinde gerçekleştirilecek olan çevre koşulları testlerinde uygulanacak karar kuralı maddeleri aşağıdaki gibidir.

Durum-1- Test profilinin uygulama sonucu, genişletilmiş ölçüm belirsizliği ile birlikte sunulduğunda, ilgili standart / prosedürlerde belirtilen sınır değerleri içerisinde ise spesifikasyona uygun olarak değerlendirilir.

Durum-2- Test profilinin uygulama sonucu, genişletilmiş ölçüm belirsizliğinin yarısı kadar aşağı doğru veya yukarı doğru uzatıldığında bile spesifikasyon sınırları ihlal edilirse, spesifikasyona uygun olmadığına karar verilir.

Durum-3- Test profilinin uygulama sonucu, genişletilmiş ölçüm belirsizliği ile birlikte, ilgili standart / prosedür üst sınır değerine eşit ise spesifikasyona uygun olduğuna karar verilir.

Durum-4- Test profilinin uygulama sonucu, genişletilmiş ölçüm belirsizliği ile birlikte, ilgili standart / prosedür alt sınır değerine eşit ise spesifikasyona uygun olduğuna karar verilir.

Durum-5- Müşterinin ilgili standartlardan bağımsız olarak belirttiği sınır değerleri, test laboratuvarı genişletilmiş ölçüm belirsizliğine eşit veya küçük ise, test laboratuvarı testi icra etmez.